

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy theo dõi sản khoa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân. Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo, ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lâm Minh Hữu, nhân viên Khoa dược – TTB-VTYT, Số điện thoại 0916.94.94.94, *Mail: lamihu.23@gmail.com*.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Khoa Dược – TTB-VTYT - Số 01 Trần Hưng Đạo, ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 04 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (*gọi chung là thiết bị*).

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy theo dõi sản khoa	Cấu hình cung cấp bao gồm: – Máy chính: 01 cái – Đầu dò doppler siêu âm: 2 cái – Đầu dò UC (con gò tử cung): 1 cái. – Jack đánh dấu sự kiện: 01 cái	02	Cái

	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy in: ≥ 2 Xấp. - Dây nguồn + adapter: 01 cái. - Gel siêu âm: 01 lọ. - Dây đai đầu dò: 03 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển. <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế nhỏ gọn với tay cầm tích hợp sẵn tiện lợi cho thăm khám di động. - Mở rộng quy mô đồ thị FHR trên giấy in bằng cách tập chung phạm vi FHR đến khu vực thường xuyên nhất. - Chức năng cộng biên độ FHR DOP2 hoặc tương đương lên ≥ 20 giúp dễ đọc kết quả hơn. - Tất cả các đầu dò đều chống ngấm nước theo tiêu chuẩn IPX8 hoặc tương đương - Kích thước thân máy $\pm 10\%$: Cao 191mm x Rộng: 187mm x dài: 210 mm (hoặc tương đương) - Màn hình hiển thị: Kiểu LED <p>* Đầu dò theo dõi tim thai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải nhịp tim thai: $\leq 30 \sim \geq 240$ nhịp/phút - Độ chính xác $\pm 2\%$ - Độ rò rỉ: $< 10\mu\text{A} @ 264 \text{ VAC}$ - Cách ly điện: $> 4\text{kV RMS}$, kiểu BF hoặc tương đương <p>* Đầu dò theo dõi cơn gò tử cung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải đo: $0 \sim \geq 99$ đơn vị - Độ phân giải 1 đơn vị đo 		
--	---	--	--

TINH
 HUNG
 Y T
 HUY
 HONG

	<ul style="list-style-type: none"> - Độ chính xác: $\pm 1\%$ - Độ rò rỉ: $< 10\mu\text{A @ } 264 \text{ VAC}$ - Cách ly điện: $> 4\text{kV RMS}$, kiểu BF hoặc tương đương <p>* Tốc độ in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In bình thường: 1, 2 và 3 cm/phút $\pm 1\%$ - Tốc độ cao ≥ 50 cm/phút - Tải giấy: Cửa trước, trượt vào trong <p>* Kiểu giấy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu giấy: Giấy gấp kiểu chữ Z - Kích thước: 130 x 120 x 20 mm (tương đương theo máy) <p>* Nguồn điện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu vào: 100~240V (50/60Hz), 1.2A $\pm 10\%$ - Đầu ra: DC 18V, 2.5A $\pm 10\%$ - Công suất tiêu thụ: 80VA $\pm 10\%$ <p>* An toàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng các tiêu chuẩn: IEC 60601-1 hoặc tương đương, IEC 60601-1-2 hoặc tương đương, IEC 60601-2-37 hoặc tương đương - Các bộ phận áp dụng tiêu chuẩn BF hoặc tương đương - Đầu dò DOP và UC áp dụng tiêu chuẩn chống nước: IPX8 hoặc tương đương 		
--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Số 01 Trần Hưng Đạo, ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không



Bs Huỳnh Văn Minh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG DÂN