

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM Y TẾ HỒNG DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 289/TTYT-KD
(V/v Thông báo mời tham gia
thẩm định giá)

Huyện Hồng Dân, ngày 22 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: - Các đơn vị thẩm định giá.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình cấp thẩm quyền về giá tài sản phục vụ công tác mua sắm tại đơn vị năm 2023. Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân thông báo rộng rãi đến các đơn vị thẩm định giá nội dung đề nghị thẩm định giá như sau:

1. Máy siêu âm, số lượng 01 máy (Phụ lục 1 đính kèm yêu cầu chi tiết về tính năng, kỹ thuật)

2. Hàng thẩm định giá: mới 100%

3. Thời gian thẩm định: 07 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

Các đơn vị thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân đến hết ngày 31/8/ 2023.

Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân (Khoa Dược – TTB – VTYT), Số 01, Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân địa chỉ: <http://ttythongdan.gov.vn/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHNV;
- Khoa Dược – TTB – VTYT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



BS Huỳnh Văn Minh

Phụ lục 1

(Đính kèm Công văn số: 299/TTYT-KD, ngày 22 tháng 8 năm 2023)

STT	Tên sản phẩm – Đặc tính kỹ thuật - Xuất xứ
1	<p>MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU Model: HS 30 Hãng SX: Samsung Medison Nước SX: Hàn Quốc</p> <p><u>Cấu hình cung cấp:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Thân máy chính xe đẩy HS30- Màn hình LED 21.5"- 03 cửa nối đầu dò hoạt động đồng thời- 01 Đầu dò tổng quát 2D C2-5- 01 Đầu Linear- 01 Đầu dò Volume VN4-8- Phụ kiện máy tính, máy in (Mua tại VN)- Phần mềm trả kết quả siêu âm
	<p>1. PHẦN MỀM</p> <ul style="list-style-type: none">- Chức năng 2D Tổng quát- Chức năng Doppler màu C-Mode- Chức năng M-Mode- Chức năng Doppler xung PW- Chức năng Doppler năng lượng PD- Chức năng chia 2-4 hình- Chức năng Zoom hình- Phần mềm Điều hòa mô S-Harmonic- Phần mềm lam min hình ảnh- Phần mềm 4D / 3D <p>2. ĐẦU DÒ TỔNG QUÁT</p> <ul style="list-style-type: none">- Mã đầu dò : C2-5- Tần số : 2 - 5 MHz- Dạng đầu dò : đầu dò cong- Số chân tư : 128 chân tư- Ứng dụng : Thăm khám tổng quát, sản phụ khoa .. <p>3. ĐẦU DÒ LINEAR</p> <ul style="list-style-type: none">- Mã đầu dò : LN5-12- Tần số : 5 - 12 MHz- Dạng đầu dò : đầu dò thẳng- Số chân tư : 128 chân tư- Ứng dụng: Thăm khám phân nông, mạch máu, MSK ... <p>4. ĐẦU DÒ VOLUME</p>



- Mã đầu dò : VN4-8
- Tần số : 4 - 8 MHz
- Dạng đầu dò : đầu dò Volume
- Số chân tư : 128 chân tư
- Ứng dụng : Thăm kham sản khoa, tổng quát ...

